Foire aux questions sur le test SNAP FIV/FeLV Combo

Qu'est-ce que le test SNAP FIV/FeLV Combo ?

Le test SNAP™ FIV/FeLV Combo permet le dépistage chez le chat de l'anticorps dirigé contre le virus de l'immunodéficience féline (FIV) et de l'antigène du virus de la leucémie féline (FeLV). Ce test de dépistage de ces deux maladies infectieuses constitue un outil renforcé pour promouvoir la santé féline.

Comment interpréter les résultats du test SNAP FIV/FeLV Combo ?

+ ***FIV :*** Un résultat positif indique qu'un chat non vacciné âgé de plus de 6 mois possède des anticorps FIV circulants et est donc probablement infecté.
+ ***FeLV :*** Ce test immunologique rapide détecte la présence de l'antigène p27 du FeLV, dont la présence est diagnostique d'une infection par le FeLV.

Le test peut-il être utilisé chez les chatons ?

Si un chat âgé de moins de 6 mois est négatif pour le FIV, une infection est peu probable. Les chatons nés de mères infectées peuvent présenter un résultat positif pour les anticorps. Les chatons testés avant l'âge de 6 mois et présentant un résultat positif doivent être retestés avec un test d'anticorps FIV à intervalles de 60 jours, ou avec un test FIV RealPCR™. Si les tests réalisés après l'âge de 6 mois confirment toujours un résultat positif, ces chatons doivent être considérés comme infectés.

Selon les lignes directrices 2020 de l'AAFP (Feline VMA) sur le dépistage et la gestion des rétrovirus félins, les chatons peuvent être testés pour le FeLV « à tout âge ». Les chats peuvent

présenter des résultats positifs à tout âge, et ces résultats doivent faire l'objet d'un test de confirmation ; voir l'algorithme de diagnostic du FeLV. En cas de suspicion d'exposition récente, les chats présentant un résultat négatif doivent être retestés au minimum 30 jours après l'exposition, afin de laisser à l'antigène FeLV le temps d'atteindre un niveau détectable. Il est possible qu'un chaton soit infecté par le FeLV in utero. Comme il n'existe aucun moyen de déterminer le moment de l'exposition dans ces cas, nous recommandons néanmoins de réaliser le test au moins 30 jours après la naissance, afin de garantir que l'antigène a atteint un niveau détectable.[1]

Quels types d'échantillons peuvent être utilisés avec le test SNAP FIV/FeLV Combo ?

Le sérum, le plasma ou le sang total anticoagulé (par exemple, EDTA, héparine), qu'il soit frais ou conservé à 2 °C - 8 °C pendant une semaine maximum, peuvent être utilisés.

J'ai réalisé le test SNAP FIV/FeLV Combo et j'ai obtenu un résultat légèrement positif sur un spot. L'intensité de la couleur du spot a-t-elle une signification particulière ?

Tout apparition de couleur, quelle que soit son intensité, sur l'un des spots d'échantillon indique un résultat positif.

Combien de gouttes d'échantillon et de gouttes de conjugué sont nécessaires pour réaliser le test SNAP FIV/FeLV Combo ?

Le test SNAP FIV/FeLV Combo nécessite 3 gouttes d'échantillon et 4 gouttes de conjugué.

J'ai utilisé un rapport conjugué/échantillon incorrect. Puis-je me fier aux résultats obtenus ?

Nous recommandons de refaire le test en respectant exactement le rapport conjugué/d'échantillon indiqué dans la notice, à savoir 3 gouttes d'échantillon et 4 gouttes de conjugué.

Quel est le temps de lecture du test SNAP FIV/FeLV Combo, et est-il vraiment important ?

Le résultat du test doit être lu 10 minutes après l'activation du dispositif. Le test ne contient pas de solution d'arrêt, et après 10 minutes, un développement de couleur non lié à l'échantillon peut se produire. Ne pas prendre en compte les résultats lus après 10 minutes.

Comment le test SNAP FIV/FeLV Combo doit-il être conservé ?

+ Conservez à 2 °C - 8 °C jusqu'à la date d'expiration.
+ Tous les composants doivent être à température ambiante (18 °C - 25 °C) avant de réaliser le test. Laisser reposer à température ambiante pendant 30 minutes. Ne pas chauffer.

Combien de temps le test SNAP FIV/FeLV Combo peut-il rester à température ambiante ?

Le test SNAP FIV/FeLV Combo peut rester à température ambiante pendant 14 heures, à condition de ne pas être retiré de son emballage en aluminium. Le produit doit être remis au réfrigérateur après ces 14 heures, et peut être sorti à température ambiante un maximum de 30 fois.

Mon test SNAP FIV/FeLV Combo est resté sorti de son emballage en aluminium toute la journée. Puis-je encore l'utiliser ?

Le test SNAP FIV/FeLV Combo, comme tout autre test SNAP, doit être utilisé dans les 2 heures suivant son retrait de l'emballage en aluminium.

L'analyseur SNAP Pro peut-il lire le test SNAP FIV/FeLV Combo ?

Oui, l'analyseur SNAP Pro™ peut lire le test SNAP FIV/FeLV Combo.

Référence

1. Little S, Levy J, Hartmann K, et al. Lignes directrices 2020 de l'AAFP sur les tests et la gestion des rétrovirus félins. *J Feline Med Surg.* 2020;22(1):5–30. doi:10.1177/1098612X19895940

© 2026 IDEXX Laboratories, Inc. Tous droits réservés. • 09-2692841-00 • La politique de confidentialité d'IDEXX est disponible sur idexx.com.
Toutes les marques commerciales sont la propriété d'IDEXX Laboratories, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.